

正本

檔 號：

保存年限：

雲林縣衛生局 函

機關地址：640204雲林縣斗六市府文路34號

承辦人：陳秀麗

電話：05-7001341#341

傳真：05-5347397

電子信箱：yls359@ylshb.gov.tw

斗六市北平路75號

受文者：社團法人雲林縣藥師公會

發文日期：中華民國114年7月14日

發文字號：雲衛藥字第1140510812號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司持有之「3MNexcare 克淋濕防水透氣繃(滅菌)(衛部醫器輸壹字第017464號)」等2項產品，外盒標示宣稱與原核准不符，違反醫療器材管理法一案，請轉知所屬會員，如有案內產品請立即下架勿再販售與使用，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市政府衛生局114年7月11日北市衛食藥字第1143114635號函辦理。
- 二、旨揭「3MNexcare 克淋濕防水透氣繃(滅菌)(衛部醫器輸壹字第017464號)」及「3M人工皮防水透氣繃(滅菌)(衛部醫器輸壹字第018793號)」等2項產品，外包裝標示宣稱，已超出原品項鑑別範圍，與核准效能不符，違反醫療器材管理法相關規定，並經該局處分在案。
- 三、副本抄送本局稽查組，請加強輔導並督導轄區相關機構業者倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司辦理回收作業。

正本：社團法人雲林縣藥師公會、雲林縣藥劑生公會、社團法人雲林縣醫師公會、雲林縣西藥商業同業公會、雲林縣診所協會

副本：本縣轄內各醫院、本局稽查組、本局藥政及毒品防制科

局長曾春美